

CERTIFICADO DE ENSAIO

PROCESSO
NÚMERO: 241/2021

Página 1 de 1

ENTIDADE

NOME AMAK - Associação Madeirense de Automobilismo e Karting
ENDEREÇO Rua do Carmo n.º 2 B - 1.º andar, sala 15
CÓDIGO POSTAL 9050 - 019 Funchal

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumentos de Pesagem
MARCA Intercomp
MODELO SW650
NÚMERO 0429M20004

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL $\pm 1,5$ kg (EMA IP classe III)
ALCANCE MÁXIMO 2000 kg
ALCANCE MÍNIMO 10 kg
DIVISÃO 0,5 kg

OPERAÇÃO EFECTUADA

DATA 16-06-2021
MÉTODO Decreto-Lei n.º 320/2019, de 19 de setembro
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA IT LMM 01 06 - Instrução de Trabalho de CM de IP
RASTREABILIDADE METROLÓGICA NI 110 a NI 135, NI 194 e NI 195
RESULTADO Erro máximo (aos 1500 kg) = -1,25 kg

Nota: ---

Canico, 17 de junho de 2021


Jorge Shone
TÉCNICO METROLOGISTA


João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade
CHEFE DE DIVISÃO
LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA